

ผนวก ก.

บัญชีสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ตามประกาศ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
๑.	น้ำยาทำความสะอาดชนิดเอนไซม์ (Enzymatic cleaning solution)	ใช้สำหรับทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆของเครื่องที่สัมผัสตัวอย่างเลือด ประกอบด้วย proteolytic enzyme ที่ช่วยกำจัดโปรตีนที่สะสมบริเวณรูที่ใช้ในการนับเม็ดเลือดของเครื่องอัตโนมัติ ปราศจากสาร azide และ formaldehyde
๒.	น้ำยาวัดปริมาณฮีโมโกลบิน และนับจำนวนเม็ดเลือดขาว (Hemoglobin determination and counting, sizing and optical measurement solution)	เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณฮีโมโกลบิน, นับจำนวนและวัดขนาดเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นน้ำยาที่ทำลาย membrane ของเม็ดเลือดแดง และรักษาสภาพเม็ดเลือดขาว เป็นน้ำยาที่ปราศจากสาร cyanide
๓.	น้ำยาสำหรับเจือจางเลือด (Stabilized saline solution)	ใช้เป็นน้ำยาสำหรับเจือจางเลือด สำหรับรักษาสมดุลของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด เป็น pH neutral solution

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พันเอกหญิง เปรมฤดี ชัยสุวิรัตน์

(เปรมฤดี ชัยสุวิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า